

## **ОБЩИНА ХАРМАНЛИ**

**Изх. № ОХ-06-328/1//18.05.2018г.**

### **ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**Относно:** Получено искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка и монтаж на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020**“, с четири обособени позиции:

**Обособена позиция № 1:** „Доставка и монтаж на медицинско рентеново оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“

**Обособена позиция № 2:** „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано превозно средство - линейка тип "Б" за пуждите на МБАЛ Харманли“

**Обособена позиция № 3:** „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за физиотерапия за нуждите на МБАЛ Харманли“

**Обособена позиция № 4:** „Доставка и монтаж на болнично оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00056-2018-0009.

**ВЪПРОС 1:** Постъпило е искане от заинтересовано лице за изменение в обществената поръчка, обособена позиция 1 със следните мотиви:

Наименованието на т. 1, позиция 1 – CR Divario T2 - е търговско наименование на фирма OR Technology, Германия. Справка: официалният сайт на фирмата <https://www.or-technology.com> и <https://www.or-technology.com/en/products/human/divario-cr-t2.html>.

Техническата спецификация публикувана за този артикул в т. 1, позиция 1 съответства като буквален превод на описанието на апарата в официалния сайт на производителя. Защо CR (computed radiographi) – в превод дигитализираща система /което е и предмета на подпозиция 1/, в трето изречение е преведена като „Системи за управление на риска“?

Изискването публикуваната спецификация е за „настолни система с максимален капацитет за обработка от 73 касети на час“. В сайта на производителя OR Technology при описанието на дигитализираща система CR Divario T2 е посочено, че максималния капацитет за обработка от 73 касети на час е само за касети формат 18/24 см.

**ОТГОВОР 1:** С оглед на горепосочените мотиви Възложителят ще направи необходимите промени в документацията за обществена поръчка и техническите спецификации, в съответствие със законовите разпоредби на ЗОП. Предложенията ще бъдат отразени в законоустановеният срок.

**ВЪПРОС 2:** Дигитализиращата система ще се използва ли за дигитализация на мамографски образи?

**ОТГОВОР 2:** Не.

**Забележка:** Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

Валентина Димулска

И.Д. Кмет на Община Харманли

Заповед за упълномощаване №РД-443/11.05.2018 г.

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД  
във връзка с  
чл.42, ал.5 от ЗОП