

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Изм. № *DX-06-348-14/29.05.18г.*

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Получено искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“, с четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на медицинско рентеново оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“

Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано превозно средство - линейка тип "Б" за нуждите на МБАЛ Харманли“

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за физиотерапия за нуждите на МБАЛ Харманли“

Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на болнично оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00056-2018-0009.

ВЪПРОС 1: В обособена позиция № 1, артикул № 1 е посочен като: „CR Divario T2 + 6 касети /18/24, 24/30, 35/43.“

В противоречие с чл. 49, ал. 2 от ЗОП, този артикул е посочен от Вас чрез конкретна търговска марка „Divario“ и модел „T2“.

Моля от наименованието на артикула да отпадне „Divario T2“.

Посочени са 3 размера на касетите, а именно 18/24, 24/30, 35/43, но не е

посочена конкретна бройка от всеки размер касета, които Възложителят изисква.

Също така в техническите спецификации е посочено „Изображения с разделителна способност с размер на пикселите до 50 μm , което е разделителна способност характерна за мамографии. Възложителят не е посочил да изисква касети с разделителна способност за мамографии. В случаи, че Възложителят не желае да използва системата за мамография то следва разделителната способност да се промени на до 100 μm , тъй като 50 μm се постигат само със специализирани касети за мамография от малките формати 18/24 и 24/30.

Липсата на конкретни изисквания към типа и броя от всеки размер на касетите може да предизвика различни интерпретации от кандидатите, неравнопоставеност между тях и да доведе до придобиване от Възложителя на оборудване, различно от желаното.

ОТГОВОР 1: Обособена позиция 1 е прекратена с решение РД-ЗОП-10/23.05.2018г. Мотивите можете да видите в профила на купувача.

ВЪПРОС 2: В обособена позиция № 1, артикул № 2 „UPS за КАТ 40kw“ на ред 2 от основните характеристики е посочено:

- Външна

Възложителят не е посочил за какво конкретно се отнася това. Ние предполагаме, че става въпрос за „Външна батерия“.

Липсата на конкретика в това изискване може да предизвика различни интерпретации от кандидатите, неравнопоставеност между тях и да доведе до придобиване от Възложителя на оборудване, различно от желаното.

ОТГОВОР 2: Обособена позиция 1 е прекратена с решение РД-ЗОП-10/23.05.2018г. Мотивите можете да видите в профила на купувача.

ВЪПРОС 3: В обособена позиция № 1, артикул № 3 „Уред за мамография“ е поставено изискването за „3D автоматично биопсично устройство“.

Такова устройство е много скъпо и не кореспондира с посочената прогнозна цена на позицията. Освен това в България се използва в много малко от специализираните онкологични болници.

Моля, Възложителят да конкретизира, дали това устройство следва да бъде включено в цената на мамографския апарат или да се предлага само като опция за него.

Също така не е посочен формата на снимките 18x24 или 24x30 см., за които апарата трябва да бъде окомплектован.

ОТГОВОР 3: Обособена позиция 1 е прекратена с решение РД-ЗОП-10/23.05.2018г. Мотивите можете да видите в профила на купувача.

ВЪПРОС 4: В обособена позиция № 4, артикул № 4 „Ехограф за коремни органи“ са посочени основните характеристики на апарата, но не е посочено изискване, да бъде окомплектован с конкретен тип и вид трансдюсер.

Липсата на конкретни изисквания към окомплектовката на апарата може да предизвика различни интерпретации от кандидатите, неравнопоставеност между тях и да доведе до придобиване от Възложителя на оборудване, различно от желаното.

Дори е възможно Възложителят да придобие напълно неработоспособен апарат некомплектован с трансдюсер, защото липсва изискване.

ОТГОВОР 4: Съгласно техническите спецификации на Възложителя „Ехограф за коремни органи” е артикул 2 от обособена позиция № 4. Съгласно спецификацията на ехографа за коремни органи, същият трябва да разполага с портове за 2 трансдюсера, с абдоминален трансдюсер.

ВЪПРОС 5: В обособена позиция № 4, артикул № 5 „Операционна лампа” е посочено: „Светодиодни операционна лампа с три осветителни тела.“

От техническите спецификации не става ясно, дали тези три тела са отделни всяко с независимо позициониране относно пациента ли е или са свързани в една обща група с обща система за позициониране.

Също така, на последните 3 реда от спецификациите са посочени:

- Тегло на единично рамо за таван 12,5 кг +/- 10%
- Тегло на рамото за стена 7,5 кг +/-10%
- Тегло на статив с колела 17 кг +/-10%

От така поставените изисквания не става ясно, с кой конкретен тип окачане е необходимо да се окомплектова лампата, тъй като окачането и на трите типа едновременно в процеса на експлоатация е невъзможно.

Моля, Възложителят да остави един от тези три типа, като двата излишни бъдат заличени.

Липсата на конкретни изисквания може да предизвика различни интерпретации от кандидатите, неравнопоставеност между тях и да доведе до придобиване от Възложителя на оборудване, различно от желаното.

ОТГОВОР 5: Техническата спецификация на Възложителя е ясна и конкретна. Възложителят изисква от участника и трите типа окомплектовка.

ВЪПРОС 6: В обособена позиция № 4, артикул № 12 „Преносим цветен ултразвук“ са посочени основните характеристики на апарата, но не е посочено изискване, да бъде окомплектован с конкретен тип и вид трансдюсер.

Липсата на конкретни изисквания на окомплектовката на апарата може да предизвика различни интерпретации от кандидатите, неравнопоставеност между тях и да доведе до придобиване от Възложителя на оборудване, различно от желаното.

Дори е възможно Възложителят да придобие напълно неработоспособен апарат, некомплектован с трансдюсер, защото липсва поставено изискване.

ОТГОВОР 6: Апаратът трябва да се окомплектова с абдоминален, като се остави възможност за допълнително окомплектоване с други видове трансдюсери.

ВЪПРОС 7: В обособена позиция № 4, артикул № 17 „Глюкозен анализатор“ е включен апарат от съвсем различен тип, в сравнение с останалите.

Този тип апарати се класифицира като „Ин витро медицинско изделие“, съгласно Чл. 2, ал. 1, т. 1 и подлежи на различна нормативна регулация съгласно „Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия“, Приета с ПМС № 184 от 31.07.2007 г., Обн. ДВ бр. 65 от 10 Август 2007 г., доп. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012 г., изм. ДВ. бр. 69 от Септември 2016 г., и разпоредбите на Директива № 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия ин витро и на Директива 2011/100/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. за изменение на Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно диагностичните медицински изделия ин витро (ОВ, L 341 от 22 декември 2011 г.).

За разлика от него, останалите артикули от тази обособена позиция са подчинени на разпоредбите на „Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия“, Приета с ПМС № 186 от 31.07.2007 г., Обн. ДВ, бр. 65 от 10 Август 2007 г., изм. ДВ. бр. 106 от 12 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр. 69 от 2 Септември 2016 г., и Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия (ОВ, L 247 от 21.09.2007 г., стр. 21-55).

Включването в една обособена позиция на апарат от различен тип, съгласно Закона за медицинските изделия стеснява силно броя на потенциалните кандидати.

Необходимо е този апарат да бъде отделен в отделна обособена позиция, което ще доведе до възможността по-голям брой кандидати да вземат участие в обществената поръчка.

Заложените към настоящия момент изисквания са непълни и неточни и създават неясноти в потенциалните кандидати, които могат да доведат до интерпретации в различни посоки.

От друга страна, с гореописаните промени в техническите спецификации на продуктите по посочените обособени позиции ще се предостави възможност на кандидатите да участват в процедурата, при равни условия, като по този начин няма да се ограничи конкуренцията и/или наруши принципа на равнопоставеност на участниците, предвиден в чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

ОТГОВОР 7: Съгласно ДР на ЗОП, т. 29. "Обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. „Глюкозен анализатор“ се закупува за нуждите на същото отделение, за което и останалите артикули. В конкретния случай цитираният артикул не следва да се обособява в отделна обособена позиция. Включването в една обособена позиция на апарат от различен тип не стеснява по никакъв начин броя на потенциалните кандидати, тъй като Възложителят е предоставил на участниците всички законови възможности да използват например подизпълнители, да се обединяват и т.н.

Забележка: Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

Мария Киркова

Кмет на Община Харманли

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП