

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Изм. № ОХ-06-376-[1] / 05.06.2018г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Получено искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“ и с четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на медицинско ренгеново оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“ - прекратена

Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано превозно средство - линейка тип "Б" за нуждите на МБАЛ Харманли“

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за физиотерапия за нуждите на МБАЛ Харманли“


Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на болнично оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли“, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00056-2018-0009.

ВЪПРОС 1: Относно изисквания, заложи в Техническата спецификация за обособена позиция 2; „Тоалетно отделение, достъпно от страничните и задните врати, непрозрачно“. Моля потвърдете, че под изискването „Тоалетно отделение“ следва да се разбира „Санитарен/Медицински отсек“.

При различие в дефинирането от наша страна, моля да бъдат дадени подробни писмени разяснения относно изискването „Тоалетно отделение, достъпно от страничните и задните врати, непрозрачно“.

ОТГОВОР 1: Под изискването за „Тоалетно отделение“ следва да се разбира „Санитарен/Медицински отсек“.

Забележка: Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.



ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА

И.Д. Кмет на Община Харманли
Съгласно заповед №508/31.05.2018г.